

QuickTestCorona™ COVID-19 & Influenza A+B Ag Combo-Schnelltest (Nasen-/Rachenabstrich)

Gebrauchsanweisung



Der QUICKTESTCORONA™ COVID-19 & Influenza A+B Ag Combo-Schnelltest ist ein schneller chromatographischer Immunoassay für den qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2, Influenza A und Influenza B Virusantigenen im menschlichen Nasen-Rachenraum. Nur für den professionellen in-vitro-diagnostischen Gebrauch

VERWENDUNGSZWECK

Der QUICKTESTCORONA™ COVID-19 & Influenza A+B Ag Combo-Schnelltest ist ein schneller chromatographischer Immunoassay zum qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2-, Influenza A- und Influenza B-Virus-Antigenen in Nasopharynxabstrichproben. Die Ergebnisse dienen dem Nachweis von SARS-CoV-2- und Influenza A+B-Antigenen. Ein Antigen ist im Allgemeinen in Proben der oberen Atemwege während der akuten Phase der Infektion nachweisbar. Positive Ergebnisse weisen auf das Vorhandensein von viralen Antigenen hin, aber zur Bestimmung des Infektionsstatus ist eine klinische Korrelation mit der Patientengeschichte und anderen diagnostischen Informationen erforderlich. Positive Ergebnisse schließen eine bakterielle Infektion oder eine Co-Infektion mit anderen Viren nicht aus. Der nachgewiesene Erreger ist möglicherweise nicht die endgültige Krankheitsursache. Negative Ergebnisse schließen eine Infektion mit SARS-CoV-2/ Influenza A+B nicht aus und sollten nicht als alleinige Grundlage für Behandlungs- oder Patientenmanagemententscheidungen herangezogen werden. Negative Ergebnisse sollten als mutmaßlich behandelt und mit einem molekularen Assay bestätigt werden, falls dies für das Patientenmanagement erforderlich ist. Negative Ergebnisse sollten im Zusammenhang mit den jüngsten Expositionen eines Patienten, seiner Vorgeschichte und dem Vorliegen klinischer Symptome, die mit COVID-19/Influenza A+B übereinstimmen, betrachtet werden. Der QUICKTESTCORONA™ COVID-19 & Influenza A+B Ag Combo-Schnelltest ist für die Anwendung durch geschultes klinisches Laborpersonal vorgesehen.

ZUSAMMENFASSUNG

Die neuartigen Coronaviren gehören der Gattung β an. COVID-19 ist eine akute respiratorische Infektionskrankheit. Menschen sind im Allgemeinen empfänglich. Gegenwärtig sind die Patienten, die mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sind, die Hauptinfektionsquelle; asymptomatische Infizierte können ebenfalls eine infektiöse Quelle sein. Die Hauptmanifestationen sind Fieber, Müdigkeit und trockener Husten. Nasenverstopfung, laufende Nase, Halsschmerzen, Myalgie und Durchfall sind in einigen wenigen Fällen anzutreffen.

Die Influenza (allgemein als "Grippe" bekannt) ist eine hoch ansteckende, akute Virusinfektion der Atemwege. Es handelt sich um eine übertragbare Krankheit, die leicht durch Husten und Niesen von aerosolisierten Tröpfchen, die lebende Viren enthalten, übertragen werden kann.¹ Grippeausbrüche treten jedes Jahr in den Herbst- und Wintermonaten auf. Typ-A-Viren sind in der Regel stärker verbreitet als Typ-B-Viren und werden mit den meisten schweren Grippeepidemien in Verbindung gebracht, während Typ-B-Infektionen in der Regel milder verlaufen.

Der Goldstandard der Labordiagnostik ist die 14-tägige Zellkultur mit einer aus mehreren Zelllinien, die das Wachstum des Influenzavirus unterstützen können.² Zellkulturen haben einen begrenzten klinischen Nutzen, da die Ergebnisse zu spät im klinischen Verlauf für eine wirksame Intervention des Patienten erzielt werden. Die Reverse Transkriptase-Polymerase-Kettenreaktion (RT-PCR) ist eine neuere Methode, die im Allgemeinen sensitiver als die Kultur ist und gegenüber der Kultur verbesserte Nachweisraten von 2-23% aufweist.³ Allerdings ist die RT-PCR teuer, komplex und muss in Speziallabors durchgeführt werden.

TESTPRINZIP

Der QUICKTESTCORONA™ COVID-19 Ag Combo-Schnelltest ist ein qualitativer, membranbasierter Immunoassay zum Nachweis von SARS-CoV-2-Antigenen in menschlichen Nasopharynxabstrichproben. Der SARS-CoV-2-Antikörper ist im Bereich der Testlinie beschichtet. Während des Tests reagiert die Probe mit den mit SARS-CoV-2-Antikörpern beschichteten Partikeln im Test. Das Gemisch wandert dann auf der Membran durch Kapillarwirkung nach oben und reagiert mit dem SARS-CoV-2-Antikörper in der Testlinienregion. Wenn die Probe SARS-CoV-2-Antigene enthält, erscheint als Ergebnis davon eine farbige Linie in der Testlinienregion. Enthält die Probe keine Antigene gegen SARS-CoV-2, erscheint keine farbige Linie in der Testlinienregion, was auf ein negatives Ergebnis

hinweist. Um als Verfahrenskontrolle zu dienen, erscheint immer eine farbige Linie in der Kontrollregion, was anzeigt, dass das richtige Probenvolumen hinzugefügt wurde und eine Durchfeuchtung der Membran stattgefunden hat.

Der Influenza A+B-Schnelltest (Nasopharynxabstrich) ist ein qualitativer Lateral-Flow-Immunoassay zum Nachweis von Influenza A- und Influenza B-Antigenen in humanen Nasopharynxabstrichproben. Bei diesem Test werden Antikörper, die spezifisch für Influenza A und Influenza B sind, separat auf die Testlinienregionen des Tests aufgetragen. Während des Tests reagiert die extrahierte Probe mit den Antikörpern gegen Influenza A und/oder Influenza B, die auf die Partikel aufgetragen wurden. Die Mischung wandert die Membran hinauf, um mit den Antikörpern gegen Influenza A und/oder Influenza B auf der Membran zu reagieren und eine oder zwei farbige Linien in den Testregionen zu erzeugen. Das Erscheinen dieser farbigen Linien in einer oder beiden Testregionen zeigt ein positives Ergebnis an. Um als Verfahrenskontrolle zu dienen, erscheint bei ordnungsgemäßer Testdurchführung immer eine farbige Linie in der Kontrollregion.

REAGENZIEN

Der Test enthält Anti-SARS-COV-2, Anti-Influenza A und Anti-Influenza B als Fangreagenz, Anti-SARS-COV-2, Anti-Influenza A und Anti-Influenza B als Nachweisreagenz.

VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Diese Packungsbeilage muss vor der Durchführung des Tests vollständig gelesen werden. Die Nichtbeachtung der Anweisungen in der Packungsbeilage kann zu ungenauen Testergebnissen führen.
2. Nur für den professionellen in-vitro-diagnostischen Gebrauch. Nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden!
3. In dem Bereich, in dem die Proben oder Kits gehandhabt werden, nicht essen, trinken oder rauchen.
4. Test nicht verwenden, wenn der Beutel beschädigt ist.
5. Alle Proben so handhaben, als ob sie infektiöse Erreger enthalten. Beachten Sie bei der Entnahme, Handhabung, Lagerung und Entsorgung von Patientenproben und gebrauchten Kit-Inhalten stets die festgelegten Vorsichtsmaßnahmen gegen mikrobiologische Gefahren.
6. Tragen Sie Schutzkleidung wie Laborkittel, Einmalhandschuhe und Augenschutz, wenn die Proben untersucht werden.
7. Waschen Sie sich nach der Handhabung gründlich die Hände.
8. Bitte stellen Sie sicher, dass eine angemessene Menge an Proben für den Test verwendet wird. Eine zu große oder zu kleine Probenmenge kann zu Abweichungen der Ergebnisse führen.
9. Virale Transportmedien (VTM) können das Testergebnis beeinflussen, Proben nicht in viralen Transportmedien aufbewahren; extrahierte Proben für PCR-Tests können nicht für den Test verwendet werden
10. Der verwendete Test sollte entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.
11. Feuchtigkeit und Temperatur können die Ergebnisse nachteilig beeinflussen.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT

Verpackt im versiegelten Beutel bei Raumtemperatur oder gekühlt (2-30°C) lagern. Der Test ist bis zu dem auf dem versiegelten Beutel aufgedruckten Verfallsdatum stabil. Der Test muss bis zur Verwendung im versiegelten Beutel bleiben. NICHT EINFRIEREN. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

MATERIAL

Mittelgelieferte Materialien

- 20 Versiegelte Beutel mit je einer Testkassette und einem Trockenmittel
- 20 Sterile Tupfer
- 20 Probenröhrchen mit Extraktionslösung
- 1 Gebrauchsanweisung

Zusätzlich erforderliche Materialien

- Uhr, Timer oder Stoppuhr

PROBENGEWINNUNG UND VORBEREITUNG


Probengewinnung

	<p>1. Führen Sie einen sterilen Tupfer in das Nasenloch des Patienten ein, bis er die Oberfläche des hinteren Nasenrachenraums erreicht.</p>
	<p>2. Streichen Sie über die Oberfläche des hinteren Nasenrachenraums.</p>
	<p>3. Entfernen Sie den sterilen Tupfer aus der Nasenhöhle.</p>

***HINWEIS:** Abstrichproben sollten so bald wie möglich nach der Entnahme getestet werden. Wenn die Tupfer nicht sofort verarbeitet werden, sollten sie zur Aufbewahrung in ein trockenes, steriles und leicht verschlossenes Kunststoffröhrchen gegeben werden. Basierend auf den Daten, die aus dem Influenzavirus generiert wurden, ist die Tupferprobe bis zu 8 Stunden bei Raumtemperatur und 24 Stunden bei 2-8 °C stabil.

Probenvorbereitung

Nur der Extraktionspuffer und das im Kit enthaltene Probensammelröhrchen dürfen für die Vorbereitung der Abstrichproben verwendet werden.



1. Schrauben Sie den Deckel des Probenentnahmeröhrchens ab.
2. Führen Sie die Tupferprobe in das Probenentnahmeröhrchen ein. Drücken Sie gegen die Innenwand des Röhrchens und rühren Sie den Tupfer etwa 10 Sekunden lang, während Sie den Tupferkopf gegen die Innenwand des Röhrchens drücken, um die Antigene im Sammelröhrchen freizusetzen.
3. Entfernen Sie den Tupfer, während Sie die Seiten des Röhrchens zusammendrücken, um die Flüssigkeit aus dem Tupfer zu extrahieren.
4. Die Verschlusskappe auf das Probenentnahmeröhrchen aufschrauben.


***HINWEIS:** Die Probenlagerung nach der Extraktion ist für 2 Stunden bei Raumtemperatur oder 24 Stunden bei 2-8 °C stabil.

TESTDURCHFÜHRUNG

Lassen Sie den Test, die Reagenzien, die Abstrichprobe und/oder die Kontrollen vor dem Test Raumtemperatur (15-30°C) erreichen.

1. Nehmen Sie die Testkassette aus dem versiegelten Folienbeutel und verwenden Sie sie innerhalb einer Stunde. Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn der Test unmittelbar nach dem Öffnen des Folienbeutels durchgeführt wird.
2. Drehen Sie das Probenröhrchen um, geben Sie 3 Tropfen der extrahierten Probe (ca. 75 µl) in beide Probenvertiefungen (S) und starten Sie dann den Timer.

- Warten Sie, bis die farbige(n) Linie(n) erscheint (erscheinen). Lesen Sie das Ergebnis nach 15 Minuten ab. Interpretieren Sie das Ergebnis nicht nach 20 Minuten oder später.



INTERPRETATION DER ERGEBNISSE

POSITIV COVID-19 Ag:*

Im linken Fenster erscheinen zwei verschiedenfarbige Linien. Eine farbige Linie sollte sich in der Kontrollregion (C) und eine weitere farbige Linie sollte sich in der Testregion (T) befinden. Ein positives Ergebnis in der Testregion zeigt den Nachweis von COVID-19-Antigenen in der Probe an.

POSITIV Influenza A:* Im rechten Fenster erscheinen zwei deutliche farbige Linien. Eine farbige Linie sollte sich in der Kontrollregion (C) und eine weitere farbige Linie sollte sich in der Influenza-A-Region (A) befinden. Ein positives Ergebnis in der Influenza-A-Region zeigt an, dass in der Probe Influenza-A-Antigen nachgewiesen wurde.

POSITIV Influenza B:* Zwei deutlich gefärbte Linien erscheinen im rechten Fenster. Eine farbige Linie sollte sich in der Kontrollregion (C) und eine weitere farbige Linie sollte sich in der Influenza-B-Region (B) befinden. Ein positives Ergebnis in der Influenza B-Region zeigt an, dass in der Probe Influenza B-Antigen nachgewiesen wurde.

POSITIV Influenza A und Influenza B:* Im rechten Fenster erscheinen drei deutlich gefärbte Linien. Eine farbige Linie sollte sich in der Kontrollregion (C) und zwei farbige Linien sollten sich in der Influenza-A-Region (A) und der Influenza-B-Region (B) befinden. Ein positives Ergebnis in der Influenza-A-Region und der Influenza-B-Region zeigt an, dass in der Probe Influenza-A-Antigen und Influenza-B-Antigen nachgewiesen wurden.

***HINWEIS:** Die Intensität der Farbe in der Testlinienregion (T) variiert je nach der Menge des in der Probe vorhandenen COVID-19-Antigens. Daher sollte jede Farbschattierung in der Testlinienregion (T/B/A) als positiv betrachtet werden.

NEGATIV:

Eine farbige Linie erscheint in der Kontrollregion (C). In der Testlinienregion (T/B/A) erscheint keine sichtbare farbige Linie.

UNGÜLTIG:

Die Kontrolllinie erscheint nicht. Unzureichendes Probenvolumen oder falsche Verfahrenstechniken sind die wahrscheinlichsten Gründe für das Versagen der Kontrolllinie. Überprüfen Sie das Verfahren und wiederholen Sie den Test mit einer neuen Test-Kassette. Wenn das Problem weiterhin besteht, stellen Sie die Verwendung des Testkits sofort ein und wenden Sie sich an Ihren örtlichen Händler.

QUALITÄTSKONTROLLE

Interne Qualitätskontrolle

Interne Verfahrenskontrollen sind im Test enthalten. Eine farbige Linie, die in der Kontrollregion (C) erscheint, ist eine interne positive Verfahrenskontrolle. Sie bestätigt ausreichendes Probenvolumen und korrekte Verfahrenstechnik. Ein guter Hintergrund ist eine interne negative Verfahrenskontrolle. Wenn der Test ordnungsgemäß funktioniert, sollte der Hintergrund im Ergebnisbereich weiß bis hellrosa sein und die Lesbarkeit des Testergebnisses nicht beeinträchtigen.

Externe Qualitätskontrolle

Kontrollen sind in diesem Kit nicht enthalten. In Übereinstimmung mit der Guten Laborpraxis (GLP) werden jedoch Positiv-/Negativkontrollen empfohlen.

EINSCHRÄNKUNGEN

- Das Testverfahren und die Interpretation des Testergebnisses müssen genau befolgt werden, wenn auf das Vorhandensein von SARS-CoV-2/Influenza A/Influenza B-Antigenen in menschlichen Nasen-Rachen-Abstrichproben von verdächtigen Personen getestet wird. Für eine optimale Testleistung ist eine ordnungsgemäße Probenentnahme entscheidend. Die Nichtbeachtung des Verfahrens kann zu ungenauen Ergebnissen führen.

- Die Leistung des QUICKTESTCORONA™ COVID-19 & Influenza A+B Ag Combo-Schnelltest wurde nur mit den in dieser Packungsbeilage beschriebenen Verfahren bewertet. Änderungen an diesen Verfahren können die Leistung des Tests verändern.
- Der QUICKTESTCORONA™ COVID-19 & Influenza A+B Ag Combo-Schnelltest ist nur für den in-vitro-diagnostischen Gebrauch bestimmt. Dieser Test sollte zum Nachweis von SARS-CoV-2/Influenza A/Influenza B-Antigenen in menschlichen Nasen-Rachen-Proben als Hilfsmittel bei der Diagnose von Patienten mit Verdacht auf SARS-CoV-2-, Influenza A- oder Influenza B-Infektion in Verbindung mit der klinischen Präsentation und den Ergebnissen anderer Labortests verwendet werden. Mit diesem qualitativen Test kann weder der quantitative Wert noch die Anstiegsrate der Konzentration der SARS-CoV-2/Influenza A/Influenza B-Antigene bestimmt werden.
- Der QUICKTESTCORONA™ COVID-19 & Influenza A+B Ag Combo-Schnelltest zeigt nur das Vorhandensein von SARS-CoV-2/Influenza A/Influenza B-Antigenen in der Probe an und sollte nicht als alleiniges Kriterium für die Diagnose von SARS-CoV-2/Influenza A/Influenza B-Infektionen verwendet werden.
- Die mit dem Test erzielten Ergebnisse sollten zusammen mit anderen klinischen Befunden aus anderen Laboruntersuchungen und Auswertungen betrachtet werden. Wenn das Testergebnis negativ oder nicht reaktiv ist und die klinischen Symptome fortbestehen. Es wird empfohlen, den Patienten einige Tage später erneut zu beproben und erneut zu testen oder mit einem molekular diagnostischen Gerät zu testen, um eine Infektion bei diesen Personen auszuschließen.
- Der Test wird unter den folgenden Bedingungen negative Ergebnisse zeigen: Der Titer der neuartigen Coronavirus-Antigene, Influenza A- oder Influenza B-Virus in der Probe ist niedriger als die minimale Nachweisgrenze des Tests.
- Negative Ergebnisse schließen eine Infektion mit SARS-CoV-2 nicht aus, insbesondere nicht bei Personen, die mit dem Virus in Kontakt gekommen sind. Folgetests mit einer molekularen Diagnostik sollten in Betracht gezogen werden, um eine Infektion bei diesen Personen auszuschließen.
- Ein negatives Ergebnis für Influenza A oder Influenza B, das mit diesem Kit erzielt wurde, sollte durch RT-PCR/Kultur bestätigt werden.
- Überschüssiges Blut oder Muzin auf der Abstrichprobe kann die Testdurchführung stören und zu einem falsch positiven Ergebnis führen.
- Die Genauigkeit des Tests hängt von der Qualität der Abstrichprobe ab. Falsch-negative Ergebnisse können durch unsachgemäße Probenentnahme oder Lagerung entstehen.
- Positive Ergebnisse von COVID-19 können auf eine Infektion mit Nicht-SARS-CoV-2-Coronavirustämmen oder andere Interferenzfaktoren zurückzuführen sein. Ein positives Ergebnis für Influenza A und/oder B schließt eine zugrundeliegende Co-Infektion mit einem anderen Erreger nicht aus, daher sollte die Möglichkeit einer zugrundeliegenden bakteriellen Infektion in Betracht gezogen werden.

ERWARTETE WERTE

Der QUICKTESTCORONA™ COVID-19 & Influenza A+B Ag Combo-Schnelltest wurde mit einem führenden kommerziellen RT-PCR-Test verglichen. Die Korrelation zwischen diesen beiden Systemen beträgt nicht weniger als 95%.

TESTEIGENSCHAFTEN

Sensitivität, Spezifität und Genauigkeit

Der QUICKTESTCORONA™ COVID-19 & Influenza A+B Ag Combo-Schnelltest wurde mit von Patienten gewonnenen Proben evaluiert. RT-PCR wird als Referenzmethode für den QUICKTESTCORONA™ COVID-19 & Influenza A+B Ag Combo-Schnelltest verwendet. Die Proben wurden als positiv betrachtet, wenn die RT-PCR ein positives Ergebnis anzeigt. Proben wurden als negativ betrachtet, wenn die RT-PCR ein negatives Ergebnis anzeigt.

COVID-19 Test:

Relative Sensitivität	93,75% (95 % CI*: 86,14 % -97,3%)
Relative Spezifität	98,3% (95 % CI*: 91,1 % ~ >99,9 %)
Genauigkeit	95,9% (95 % CI*: 87,9%-98,8%)

Influenza Typ A Test:

Relative Sensitivität	94,1 % (95 % CI*: 71,3 % ~ 99,9 %)
Relative Spezifität	98,4 % (95 % CI*: 91,5 % ~ >99,9 %)
Genauigkeit	97,5 % (95 % CI*: 91,3 % ~ 99,7 %)

Influenza Typ B Test:

Relative Sensitivität	91,7 % (95 % CI*: 61,5 % ~ 99,8 %)
Relative Spezifität	100,0 % (95 % CI*: 95,7 % ~ 100,0 %)
Genauigkeit	98,8 % (95 % CI*: 93,2 % ~ >99,9 %)

*Konfidenzintervall

Vertrieb: Dr. Alber Health Products GmbH, Schweizerweg 3, D-69120 Heidelberg

Spezifitätstests mit verschiedenen Virusstämmen

Der QUICKTESTCORONA™ COVID-19 & Influenza A+B Ag Combo-Schnelltest wurde mit den folgenden Virusstämmen getestet. Bei diesen Konzentrationen wurde an keiner der Testlinienregionen eine erkennbare Linie beobachtet:

Beschreibung	Test Level
Adenovirus Typ 3	3.16 x 10 ⁴ TCID50/ml
Adenovirus Typ 7	1.58 x 10 ⁵ TCID50/ml
Human Coronavirus OC43	2.45 x 10 ⁵ LD50/ml
Influenza A H1N1	3.16 x 10 ⁵ TCID50/ml
Influenza A H3N2	1 x 10 ⁵ TCID50/ml
Influenza B	3.16 x 10 ⁶ TCID50/ml
Human. Rhinovirus 2	2.81 x 10 ⁴ TCID50/ml
Human. Rhinovirus 14	1.58 x 10 ⁶ TCID50/ml
Human. Rhinovirus 16	8.89 x 10 ⁶ TCID50/ml
Masern	1.58 x 10 ⁴ TCID50/ml
Mumps	1.58 x 10 ⁴ TCID50/ml
Parainfluenza Virus 2	1.58 x 10 ⁷ TCID50/ml
Parainfluenza Virus 3	1.58 x 10 ⁸ TCID50/ml
RSV	8.89 x 10 ⁴ TCID50/ml

TCID50 = Tissue Culture Infectious Dose (Gewebekultur-Infektionsdosis): Die Verdünnung des Virus, von der unter den Testbedingungen erwartet werden kann, dass sie 50% der geimpften Kulturgefäße infiziert.

LD50 = Lethale Dosis: Die Virusverdünnung, bei der unter den Testbedingungen erwartet werden kann, dass sie 50% der beimpften Mäuse tötet.

Präzision

Intra-Assay und Inter-Assay

Die Präzision innerhalb und zwischen den Durchläufen wurde anhand von sieben Proben der Standardkontrolle von COVID-19 und Influenza A/B bestimmt. Drei verschiedene Chargen des Der QUICKTESTCORONA™ COVID-19 & Influenza A+B Ag Combo-Schnelltest wurden mit negativem Ergebnis getestet: SARS-COV-2-Antigen schwach, SARS-COV-2-Antigen stark, Influenza A schwach, Influenza B schwach, Influenza A stark und Influenza B stark. Zehn Replikate jeder Stufe wurden täglich an 3 aufeinander folgenden Tagen getestet. Die Proben wurden in >99% der Fälle korrekt identifiziert.

Kreuzreaktionen

Die folgenden Organismen wurden bei 1,0x10⁸ org/ml getestet und alle erwiesen sich als negativ, wenn sie mit dem QUICKTESTCORONA™ COVID-19 & Influenza A+B Ag Combo-Schnelltest getestet wurden:

Arcanobacterium	Pseudomonas aeruginosa
Candida albicans	Staphylococcus aureus subsp. aureus
Corynebacterium	Staphylococcus epidermidis
Escherichia coli	Streptococcus pneumoniae
Moraxella catarrhalis	Streptococcus pyogenes
Neisseria lactamica	Streptococcus salivarius
Nisseria subflava	Streptococcus sp group F

BIBLIOGRAPHIE

- Williams, KM, Jackson MA, Hamilton M. (2002) Rapid Diagnostic Testing for URIs in Children; Impact on Physician Decision Making and Cost. *Infect. Med.* 19(3): 109-111.
- Betts, R.F. 1995. Influenza virus, p. 1546-1567. In G.L. Mandell, R.G. Douglas, Jr. and J.E. Bennett (ed.), *Principle and practice of infectious diseases, 4th ed.* Churchill Livingstone, Inc., New York, N.Y.
- WHO recommendations on the use of rapid testing for influenza diagnosis, World Health Organisation, July 2005.
- Westgard JO, Barry PL, Hunt MR, Groth T. A multi-rule Shewhart for quality control in clinical chemistry, *Clinical Chemistry* 1981;27:493-501

Gebrauchsanweisung beachten	Inhalt ausreichend für x Prüfungen	Nicht zur Wiederverwendung
In-vitro-Diagnostikum	Verwendbar bis	Hersteller
Bei 2-30°C lagern	LOT Chargennummer	REF Bestellnummer



MEXACARE GmbH
Hans-Bunte-Straße 6
69123 Heidelberg
GERMANY